



Carl Zeiss AG, Werk Göttingen
Geschäftsbereich Lichtmikroskopie

EG Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach/Quality Management System certified to meet:
DIN EN ISO 9001: 2000

Wir erklären hiermit die Übereinstimmung des genannten Gerätes mit der EG-Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika.
Bei Änderungen am Produkt, die nicht von uns autorisiert wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We declare the compliance of the device with the products of the Council Directive 98/79/EC about In-vitro-Diagnostica.
Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.

Produktbezeichnung/Product name:

Steromikroskop
SteREO Lumar.V12

Normen/Standards:

EN 61010-1
EN 61010-2-101
EN 14971
EN 61326
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Grundlage - Konformitätsakte Nr./Basis -Record of Conformity No.: MI 054/04 IvD

Das Gerät ist gekennzeichnet mit/ The device is marked with **CE**

Prüfung/Test: EMV- und GS-Labor Servicebereich Qualität /EMC- and Product Safety Laboratory Service
Department of Quality Carl Zeiss Jena GmbH

Registriert/Registered: **CZG MICE 137-05**

Göttingen, 12. Mai 2005

Carl Zeiss AG, Werk Göttingen

Dr. Faltermeier

Geschäftsbereich Lichtmikroskopie
Department of Light Microscopy

Lottermoser

Qualitätsmanagement
Quality Management

Die Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der Richtlinie und dem Gesetz. Gewährleistung und Haftung sind in unseren Allgemeinen Lieferbedingungen geregelt.
The declaration certifies the compliance with the Directive and the Law. Conditions of guarantee and liability are dealt within our General Conditions of Sale.