



# EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach/Quality Management System certified to meet:  
DIN EN ISO 9001, EN 46001

Wir erklären hiermit die Übereinstimmung des genannten Gerätes mit der EG-Richtlinie 73/23/EWG –Niederspannungsrichtlinie einschließlich der Änderung 93/68/EWG und mit der Richtlinie 89/336/EWG über die Elektromagnetische Verträglichkeit einschließlich der Änderungen 92/31/EWG und 93/68/EWG.

Bei Änderungen am Produkt, die nicht von uns autorisiert wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We declare the compliance of the device with the requirements of the Council Directive 73/23/EEC – Low Voltage Directive including modification 93/68/EEC and with Council Directive 89/336/EEC about the Electromagnetic Compatibility including modifications 92/31/EEC and 93/68/EEC.

Any modification to the product, not authorized by us, will invalidate this declaration.


Gerätebezeichnung/Device name:

## Stereomikroskop Stemi 2000, 2000C

Normen/Standards:

EN 55011	Grenzwerte u. Meßmethoden für Funkstörungen von ISM-Geräten
EN 50082-2	Elektromagnetische Verträglichkeit - Störfestigkeit
EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Grundlage - Konformitätsakte Nr./Basis -Record of Conformity No.: MI 008/96

Das Gerät ist gekennzeichnet mit/ The device is marked with 

Prüfung/Test: EMV- und GS-Labor Servicebereich Qualität /EMC- and Product Safety  
Laboratory Service Department of Quality Carl Zeiss Jena

Registriert/Registered: CZG MICE 11-00

Göttingen, 21.08.00

Carl Zeiss Werk Göttingen

Dr. Gorny

Unternehmensbereich Mikroskopie  
Business Group Microscopy

Heinrich

Qualitätsmanagement  
Quality Management